



NATtrol™ RSV-Positivkontrolle Artikelnummer: NATRSV-6C-IVD

VERWENDUNGSZWECK:

Die **NATtrol™ RSV-Positivkontrolle** ist eine nicht quantifizierte, externe *In-vitro*-Diagnose-Verfahrenskontrolle zur Verwendung mit qualitativen Molekülassays für den Nachweis von Nukleinsäuren von diesem Organismus. Die Kontrolle ist als diagnostisches Hilfsmittel bestimmt, um die Leistung der Assays bei der Erkennung eines physiologischen oder pathologischen Zustandes zu überprüfen. Die routinemäßige und wiederholte Verwendung von externen Verfahrenskontrollen ermöglicht den Laboren, die täglichen Testschwankungen, die von Charge zu Charge unterschiedliche Testkit-Leistung und die auf den individuellen Anwender beruhenden Schwankungen zu überwachen. Sie bietet außerdem Hilfe beim Identifizieren von einer ansteigenden Anzahl von Zufallsfehlern oder systemischen Fehlern. Die **NATtrol™ RSV-Positivkontrolle** enthält intakte Organismen und sollte genauso behandelt werden wie klinische Proben. Die qualitative Kontrolle ist nicht automatisiert und verfügt über keinen zugewiesenen Wert. Es liegt daher in der Verantwortung des Endbenutzers, eigene Zielspezifikationen festzulegen, um die Kontrolle gemäß der Molekularverfahren des Labors zu verwenden.

PRODUKTZUSAMMENFASSUNG UND ERKLÄRUNG:

NATtrol™RSV-Positivkontrolle enthält gereinigte, intakte Organismen, die chemisch modifiziert sind, sodass sie nicht infektiös sind und kältestabil bleiben*.

Jede NATtrol™ RSV-Positivkontrolle enthält 6 x 0,5 ml Röhrchen mit NATtrol™ RSV in einer Matrix aus gereinigten Proteinen.

*Pat.: <http://www.zeptometrix.com/patent-information/>

PRINZIP:

NATtrol™ RSV-Positivkontrolle enthält RSV-Partikel, die mithilfe des patentierten NATtrol™-Verfahrens von ZeptoMetrix inaktiviert wurden, in einer urheberrechtlich geschützten Matrix aus gereinigten Proteinen, welche die Zusammensetzung einer echten klinischen Probe nachahmt. Diese sind Vollverfahrenskontrollen, die für die Effektivitätskontrolle von Entnahme, Vergrößerung und Erkennung im Zusammenhang mit Nukleinsäure-Testverfahren konzipiert sind. Diese Kontrollen sind für die Verwendung in hausinternen Molekularassays und handelsüblichen Plattformen geeignet.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

Obwohl die NATtrol™ RSV-Positivkontrolle inaktivierte Mikroorganismen enthält, muss sie wie potenziell infektiöses Material gehandhabt und entsorgt werden.

Diese Kontrolle beinhaltet Material menschlicher und tierischer Herkunft und der Anwender sollte allgemeine Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung und der Entsorgung dieses Produkts einhalten. Die Entsorgung muss sich nach den lokalen Vorschriften richten, wenn diese strenger sind als die vom CDC oder der FDA durchgesetzten Vorschriften.

Beim Pipettieren nicht mit dem Mund ansaugen.

Separate Transferpipetten oder Spitzen für alle Materialien verwenden, um Kreuzkontamination zu vermeiden.

Nicht nach Ablauf des auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatums benutzen.

Eine Verwendung nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum oder nach Lagerung außerhalb der empfohlenen Temperatur kann die Produktleistung oder -stabilität beeinträchtigen und zu ungültigen oder fehlerhaften Ergebnissen führen.

Wenn das Produkt beschädigt oder undicht in Empfang genommen wird, ZeptoMetrix für Anweisungen kontaktieren.

Veränderungen des Aussehens des Produkts, wie z. B. übermäßige Trübung, Vorhandensein von Ablagerungen oder Verfärbungen, können auf eine Verschlechterung oder Kontamination des Produkts hinweisen. Das Röhrchen entsorgen.

Werden die Anweisungen des Assay- oder Kitherstellers zum Testen und Analysieren der Ergebnisse nicht ausdrücklich befolgt, kann dies zu ungültigen oder fehlerhaften Ergebnissen führen.

Wenn das erwartete Ergebnis nicht erzielt wird, wenden Sie sich an ZeptoMetrix für Anweisungen kontaktieren.

NICHT ZUR ANWENDUNG BEIM MENSCHEN:

Diese Produkte sind NICHT für die Verwendung in der Herstellung oder Verarbeitung von injizierbaren Produkten gemäß der Zulassung unter der Food and Drug Administration in den USA, Abschnitt 351 des Public Health Service Act, bestimmt, einschließlich alle anderen für die Verabreichung an Menschen bestimmte Produkte.

EMPFOHLENE LAGERUNG:

NATtrol™ RSV-Positivkontrolle bei 2–8 °C lagern zu lagern bei Ankunft.

Bei einer nach Anweisung erfolgten Lagerung können die Kontrollen im geöffneten Zustand bis zu einem Zeitraum von 56 Tagen (8 Wochen) verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Röhrchen mit NATtrol™ RSV-Positivkontrolle 10 Sekunden lang im Vortexer mischen.

Anweisungen des Herstellers für den Gebrauch als klinische Probe befolgen.

Jedes produktbedingte schwerwiegende Vorkommnis muss ZeptoMetrix und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig sind/ist, gemeldet werden.

EINSCHRÄNKUNGEN:

NATtrol™ RSV-Positivkontrolle ist eine von Klasse 1 der US FDA ausgenommene, unquantifizierte, externe Verfahrenskontrolle für die *In-vitro*-Diagnostik und ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt.

NATtrol™ RSV-Positivkontrolle ist nicht für den Gebrauch als Ersatz für interne Kontrollen bestimmt, die durch die Hersteller von *In-vitro*-Diagnostikets bereitgestellt werden.

NATtrol™ RSV-Positivkontrolle ist nicht zur Verwendung als primärer Referenzstandard oder primäres Referenzmaterial für Assays oder Testverfahren bestimmt.

Qualitätskontrollmaterialien müssen gemäß lokalen, staatlichen, bundesstaatlichen und Akkreditierungs-Anforderungen benutzt werden.

ERWARTETE ERGEBNISSE:

Qualitative Ergebnisse sind nachstehend in Tabelle 1 dargestellt. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken.

Wie im Verwendungszweck erklärt, hat dieses Produkt keinen zugewiesenen Wert. Jedes Labor muss jede Charge von Kontrollen bewerten und Akzeptanzkriterien mit seinem eigenen spezifischen Molekularassay-Verfahren und gemäß seinen eigenen bewährten Qualitätssicherungsanforderungen und -richtlinien festlegen.

Die Produkthomogenität wurde durch Validierungsstudien und Qualitätskontrolltests nachgewiesen.

Tabelle 1:

Teilenummer	Organismus/Stamm	Erwartete Ergebnisse
NATRSV-6C-IVD	RSV B [CH93(18) -18]	Flu A nicht erkannt Flu B nicht erkannt RSV nachgewiesen

Tabelle 2:

Analyse	Flu A Ergebnis	Flu B Ergebnis	RSV Ergebnis
Cepheid® Xpert® FLU/RSV XC	Nicht erkannt	Nicht erkannt	Erkannt
BIOFIRE® FilmArray® Respiratory Panel	Nicht erkannt	Nicht erkannt	Erkannt



NATtrol™ RSV-Positivkontrolle
Artikelnummer: NATRSV-6C-IVD

Analytische Leistungsdaten:

Die Präzisionstests wurden in vier Wiederholungen pro endgültigem Freisetzung-Assay in der SOP der QK durchgeführt. Die Präzisionsprüfung wurde an fünf verschiedenen Tagen für jede der drei Chargen durchgeführt, was zu einer Prüfdauer von über 15 Tagen führte. Die Prüfung wurde von zwei verschiedenen Technikern an zwei verschiedenen Instrumenten durchgeführt. Die Akzeptanzkriterien für die Präzisionsprüfung sind ein Ergebnis von 25–28 für RSV bei jedem Durchlauf und ein %VK von ≤5 % und 0 (negativ) für Flu A1/Flu B.

Die Intra-Assay-Wiederholbarkeit wurde gemessen, indem die Ergebnisse aller Testtage für alle drei Chargennummer verglichen wurden (Tabelle 3). Die Intra-Assay-Wiederholbarkeit wurde durch Analyse der Testergebnisse aller Chargennummer über die fünf verschiedenen Tage hinweg (Tabelle 4), jedes Technikers (Tabelle 5) und jedes Instruments (Tabelle 6) gemessen.

Vergleichstests für Genauigkeit/Tests für das Assay-System wurden auf mehreren Plattformen durchgeführt (Tabelle 2 auf Seite 1). Die abschließenden Freigabe-QC-Testdaten wurden auf Cepheid® GeneXpert® unter Verwendung des Xpert® FLU/RSV XC Assay generiert. Zusätzliche Assays wurden auf dem Biofire® Filmarray® Respiratory Panel durchgeführt. Die Daten aus den Tests auf jeder Plattform wurden analysiert. Die Akzeptanzkriterien für alle Genauigkeitstests ergaben sich aus dem Ergebnis, dass RSV nachgewiesen und Flu A/Flu B für jede Charge auf beiden Assay-Systemen/Plattformen nicht nachgewiesen wurde.

Für alle Datenanalysen wurden alle Akzeptanzkriterien erfüllt. RSV wurde nachgewiesen, Flu A1/Flu B wurden nicht nachgewiesen und die %VK-Werte lagen bei ≤5 %. Die Kontrolle liefert wiederholbare und reproduzierbare Ergebnisse, die unabhängig vom Bediener und vom Instrument sind. Die Genauigkeitsdaten waren für RSV bei einer Nachweisrate von 100 % positiv. Die Kontrolle liefert genaue Ergebnisse, wenn sie mit zwei verschiedenen Assay-Systemen/Plattformen getestet wird.

Tabelle 3 – Intra-Assay-Wiederholbarkeit

Los	Tag	Flu A1 Mittelwert (Ct)	Flu A1 Std. Abweichung (Ct)	Flu A1 %VK	Flu B Mittelwert (Ct)	Flu B Std. Abweichung (Ct)	Flu B %VK	RSV Mittelwert (Ct)	RSV Std. Abweichung (Ct)	RSV %VK
MD17-00004	1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	26,0	0,2	0,8%
	2	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	24,6	0,2	0,8%
	3	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	24,6	0,1	0,4%
	4	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	24,6	0,1	0,4%
	5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	25,0	0,5	2,0%
MD17-00009	1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	26,1	0,2	0,8%
	2	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	24,5	0,1	0,4%
	3	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	24,6	0,1	0,4%
	4	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	24,8	0,3	1,2%
	5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	24,6	0,2	0,8%
MD17-00022	1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	27,1	0,0	0,0%
	2	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	27,1	0,1	0,4%
	3	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	27,2	0,1	0,4%
	4	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	27,2	0,2	0,7%
	5	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	26,8	0,1	0,4%

Tabelle 4 - Inter-Assay Präzision - nach Charge

Losnummer	Kontrolle	Flu A1 Mittelwert (Ct)	Flu A1 Standard abweich (Ct)	Flu A1 %VK	Flu B Mittelwert (Ct)	Flu B Standard abweich (Ct)	Flu B %VK	RSV Mittelwert (Ct)	RSV Standard abweich (Ct)	RSV %VK
MD17-00004	NATtrol™ RSV-Positivkontrolle	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	25,0	0,6	2,4%
MD17-00009	NATtrol™ RSV-Positivkontrolle	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	24,9	0,7	2,6%
MD17-00022	NATtrol™ RSV-Positivkontrolle	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	27,1	0,2	0,7%

Tabelle 5 - Inter-Assay Präzision - nach Bediener

Bediener (Anzahl Tests)	Lose	Flu A1 Mittelwert (Ct)	Flu A1 Standard abweich (Ct)	Flu A1 %VK	Flu B Mittelwert (Ct)	Flu B Standard abweich (Ct)	Flu B %VK	RSV Mittelwert (Ct)	RSV Standard abweich (Ct)	RSV %VK
MLR (n=44)	MD17-00004, MD17-00009, MD17-00022	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	25,1	0,9	3,4%
BC (n=16)	MD17-00022	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	27,1	0,2	0,8%

Tabelle 6 - Inter-Assay Präzision - nach Instrument

Instru-ment	Anzahl Tests	Flu A1 Mittelwert (Ct)	Flu A1 Standard abweich (Ct)	Flu A1 %VK	Flu B Mittelwert (Ct)	Flu B Standard abweich (Ct)	Flu B %VK	RSV Mittelwert (Ct)	RSV Standard abweich (Ct)	RSV %VK
Inst. 1	n=16	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	25,6	1,1	4,2%
Inst. 2	n=44	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	25,7	1,2	4,6%



NATtrol™ RSV-Positivkontrolle
Artikelnummer: NATRSV-6C-IVD

ÄTIOLOGISCHER STATUS/BIOGEFÄHRDUNGSPRÜFUNG:

NATtrol™-Inaktivierung wurde an den Lagerbeständen durchgeführt, die zur Formulierung jeder Kontrolle verwendet wurden, und des Weiteren verifiziert, und zwar durch die Abwesenheit von Viruswachstum in einer validierten auf Gewebekultur basierten Infektositätsprüfung.

Die in der Herstellung dieses Produkts verwendete Matrix aus gereinigten Proteinen wird mit 0,09%igem Natriumazid behandelt. Sie wurde aus Materialien hergestellt, die getestet wurden und sich gemäß FDA-zugelassenen Spenderauslese-Testmethoden als nicht-reaktiv erwiesen, und zwar auf der Spenderebene für HIV-1/HIV-2 Antikörper, HBsAg Antikörper und HCV Antikörper. Außerdem werden alle Materialien auf HIV-1 und HCV gemäß FDA-zugelassenen Nukleinsäure-(NAT)-Testmethoden getestet. In der Herstellung dieses Produkts verwendetes hitzeinaktiviertes, auf Rinder gestütztes Quellenmaterial erfüllt die zutreffenden USDA-Anforderungen für vom Schlachthof bezogene Tiere, Rückverfolgbarkeit und Herkunftsland. Die Materialien wurden in USDA-lizenzierten Einrichtungen gesammelt oder auf legalem Wege importiert, und zwar von Ländern, die von der USDA im Bezug auf Risiko für bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE) und andere exotische Krankheitserreger als unerheblich oder kontrolliert anerkannt werden. Spendertiere wurden vor und nach der Schlachtung im Schlachthof wie von der USDA vorgeschrieben untersucht.

PRODUKTGARANTIE:

Die beschränkte Produktgarantie der ZeptoMetrix LLC und allgemeine Geschäftsbedingungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Gebrauch von Produkten von ZeptoMetrix werden in den allgemeinen Verkaufsbedingungen von ZeptoMetrix dargelegt, die auf der Website von ZeptoMetrix unter [Sales Terms and Conditions](#) (Allgemeine Verkaufsbedingungen) zu finden sind. Sollten Sie Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst von ZeptoMetrix auf unter diagnostic.cs@zeptometrix.com.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG:

Die ZeptoMetrix LLC schließt alle Garantien im Zusammenhang mit diesem Dokument und der darin enthaltenen direkten und indirekten Informationen aus, einschließlich aber nicht beschränkt auf diejenigen zur Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Verletzung von Rechten Dritter. Soweit rechtlich zulässig, ist die ZeptoMetrix LLC nicht haftbar, weder aufgrund eines Vertrags, eines Verschuldens oder einer Garantie, für Folgeschäden oder Gewinneinbußen in Verbindung mit oder sich ableitend aus Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, einschließlich aber nicht beschränkt auf deren Gebrauch, auch wenn ZeptoMetrix von der Möglichkeit solcher Schäden Kenntnis hat.

LEGENDE DER KENNZEICHNUNGSSYMBOLE:

	Hersteller		Temperaturbegrenzung
	Verwendung als <i>In-vitro</i> -Diagnostikum		Verfallsdatum
	Europäisches Konformitätszeichen		Biologisches Risiko
	Bestellnummer		Bevollmächtigter
	Chargennummer		Gebrauchsanweisung beachten
	Enthält biologisches Material tierischen Ursprungs		Enthält biologisches Material menschlichen Ursprungs
	Eindeutige Produktkennung		UKCA-Konformitätszeichen

Hersteller:
 ZeptoMetrix LLC
 25 Kenwood Circle
 Franklin, MA 02038, USA

EG-Bevollmächtigter:



EMERGO EUROPE
 Westervoortsedijk 60
 6827 AT, Arnhem
 Niederlande

Verantwortliche Person im Vereinigten Königreich:
Emergo Consulting (UK) Limited
 c/o Cr360 – UL International,
 Compass House, Vision Park Histon,
 Cambridge CB24 9BZ, Vereinigtes Königreich

REVISIONSVERLAUF.

Revisionsstufe	Beschreibung der Revisionen
08	Zusätzliche Erklärung zur Warnung bezüglich der Verwendung nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum oder nach Lagerung außerhalb der empfohlenen Temperatur, der Änderungen des Aussehens des Produkts, Nichteinhaltung der ausdrücklichen Anweisungen des Assay- oder Kit-Herstellers und des Falls, wenn das erwartete Ergebnis nicht erzielt wird. „NATtrol™ RSV-Positivkontrollen sind nicht zur Verwendung als primärer Referenzstandard oder primäres Referenzmaterial für Assays oder Testverfahren bestimmt.“ zu „Einschränkungen“ hinzugefügt. „Jedes produktbedingte schwerwiegende Vorkommnis muss ZeptoMetrix und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig sind/ist, gemeldet werden.“ zur Gebrauchsanweisung hinzugefügt. Wortlaut zum Verwendungszweck hinzugefügt, um anzuzeigen, dass es sich um eine qualitative Kontrolle handelt, die nicht automatisiert ist. Der grundlegende Verwendungszweck hat sich nicht geändert. Abschnitt „Revisionsverlauf“ hinzugefügt. Änderungen in Reaktion auf die Prüfung der technischen Dokumentation der BSI auf IVDR-Konformität. Biologische und UDI-Symbole hinzugefügt. Adresse des EG-Bevollmächtigten von Emergo Europe auf den neuen Standort aktualisiert. Kontaktdaten der verantwortlichen Person im Vereinigten Königreich hinzugefügt.
09	Hinzufügen des UKCA- Konformitätszeichens.
10	E-Mail an den Kundendienst aktualisiert. Analytische Leistungsmerkmale gemäß DC-23-005 hinzugefügt.